

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 13/Kardio-OKI/SzpitalGłowno/2025

W ramach procedury Szacowania Wartości Zamówienia w związku z zamiarem przystąpienia do naboru projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D 1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I” zapraszamy do składania kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Szacującego

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Głowno, NIP 7331359448

2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa urządzenia / Nazwa Zadania	Parametry urządzenia/urządzeń (minimalne wymagania)	Ilość sztuk
1.	Wózek reanimacyjny (z wyposażeniem RKO)	<ul style="list-style-type: none">• Konstrukcja: stalowa nierdzewna lub kwasoodporna, gatunku co najmniej 0H18N9• Koła plastikowe o średnicy 125 mm, minimum dwie z blokadą• Wymiary blatu: ok. 600 × 500 mm; całościowe wymiary: ~650 × 550 × 1000 mm• Wyposażenie standardowe:• półka pod defibrylator z regulacją wysokości i obrotu (~345 × 295 mm)• deska do reanimacji (RKO) regulowana i obrotowa o 360°, z tworzywa odpornego• uchwyt na butlę tlenową• wieszak na kroplówki• kosz na odpady, pojemniki na narzędzia, igły, rękawiczki• wysuwany blat boczny• szyny instrumentalne — przynajmniej z 4 modułami• centralny zamek do zabezpieczenia zawartości• Możliwość wyboru koloru frontów wg palety RAL	2
2.	Defibrylator	Specyfikacja defibrylatora-monitor: <ul style="list-style-type: none">• Tryby pracy: defibrylacja ręczna, AED semi-automatyczny, stymulacja zewnętrzna pacjenta• Monitorowanie EKG (min. 5-odprowadzeń), dodatkowo opcje SpO₂, NIBP, EtCO₂ (opcjonalnie)	2

		<ul style="list-style-type: none"> • Ekran kolorowy o wysokiej rozdzielczości, min. 7–8 cali • Obudowa odporna na upadki i zachlapania, poziom ochrony IP44 • Bateria litowa o pojemności zapewniającej co najmniej 120 minut pracy, szybkie ładowanie • Czas ładowania do 200 J \leq 3 s • Obsługa energii do 360 J, selekcja energii \leq 1 s • Rejestracja danych: zapisy EKG / NHB / SpO₂ / alarmów / trendów; archiwum min. 240 minut • Wbudowana drukarka termiczna do wydruku przebiegów • Funkcje alarmów, metronom RKO, możliwość integracji z systemem centralnego monitorowania • Obsługa trybu dorosły/pediatryczny 	
--	--	---	--

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę umożliwiającą określenie wartości jednostkowej, netto, brutto i stawki vat oraz sumy.

3. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

- a) elektronicznej na **sekretariat@szpitalglowno.pl** albo
- b) pocztą tradycyjną, kurierem albo
- c) dostarczyć osobiście na adres:

Szpital Główno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Główno

nie później niż do dnia 7.08.2025 r. do godz. 12:00

4. Dodatkowe informacje

- a) Szacujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych elementów,
- b) Szacujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia Szacowania Wartości Zamówienia lub jego zmiany bez podania przyczyny.
- c) Oferta musi spełnić wymogi naboru projektu wraz z załącznikami w oferowanym zakresie opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia <https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozwoj-i-modernizacja-infrastruktury-centrow-opieki-wysokospecjalistycznej-i-innych-podmiotow-leczniczych-w-obszarze-kardiologii-osrodkow-zakwalifikowanych-do-ok-i>
- d) Oferta musi być zgodna z wymogami naboru **D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I****

Niniejsze Szacowanie Wartości Zamówienia nie zobowiązuje Szacującego do żadnego określonego działania, w tym:

- a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;
- b) Szacujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.