

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 10/Kardio-OKI/SzpitalGłowno/2025

W ramach procedury Szacowania Wartości Zamówienia w związku z zamiarem przystąpienia do naboru projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D 1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I” zapraszamy do składania kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Szacującego

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Głowno, NIP 7331359448

2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa urządzenia / Nazwa Zadania	Parametry urządzenia/urządzeń (minimalne wymagania)	Ilość sztuk
1.	Wózek transportowy leżący	<p>Ogólne dane:</p> <ul style="list-style-type: none">• Długość całkowita: min 210 cm• Szerokość całkowita: min 75 cm• Wysokość platformy: min 55 cm;• Powierzchnia leża pacjenta: min 60 × 190 cm• Bezpieczne obciążenie robocze: min. 250 kg (pacjent + materac + akcesoria) <p>Funkcjonalności i wyposażenie standardowe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Piąte koło jezdne (ułatwiające manewrowanie wózkiem)• Składane poręcze boczne Glideaway, chowane pod powierzchnię leża• Dwupoziomowa konstrukcja dek RTG (pełna długość, wykonana z laminatu wysokociśnieniowego HPL) kompatybilna z badaniami rentgenowskimi• Mechanizm centralnego blokowania hamulców, sterowany z obu końców wózka• 4 zintegrowane uchwyty na statywy infuzyjne <p>Regulacje pozycji i sterowanie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Regulacja trendelenburga / anty-trendelenburga w zakresie ±min 15°, realizowana hydraulicznie za pomocą pedałów nożnych symetrycznie z obu stron wózka• Regulacja wysokości leża hydrauliczną dźwignią nożną w zakresie min 65-85 cm (bez materaca)	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Regulacja oparcia pleców (manualna z wspomaganie sprężynowym) w zakresie 0–90° • Opcjonalny segment gatch – unoszenie części podudzia do ok. 30° (jeśli dostępny) <p>Mobilność i materiały:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cztery koła o średnicy min. 20 cm, osłonięte przed zanieczyszczeniami; system piątego koła do sterowania alternatywnego/manewrowania • Obudowa podstawy wykonana z trwałego tworzywa plastikowego, z miejscem na przechowywanie przedmiotów pacjenta oraz butli tlenowej (opcjonalnie) • Ergonomiczne składane ręczki do prowadzenia wózka od strony głowy i stóp pacjenta • Ochronne tworzywowe odbojniki na narożnikach konstrukcji <p>Materac (opcjonalny):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materac piankowy antypoślizgowy, przezierny dla promieni RTG, mocowany na rzepy do powierzchni leża; pokrowiec z poliuretanu/poliamidu, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne; grubość ok. 8 cm, z możliwością rewizji wnętrza materaca (zamek) 	
--	--	--	--

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę umożliwiającą określenie wartości jednostkowej, netto, brutto i stawki vat oraz sumy.

3. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

- a) elektronicznej na sekretariat@szpitalgowno.pl albo
- b) pocztą tradycyjną, kurierem albo
- c) dostarczyć osobiście na adres:

**Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Głowno**

nie później niż do dnia 7.08.2025 r. do godz. 12:00

4. Dodatkowe informacje

- a) Szacujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych elementów,
- b) Szacujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia Szacowania Wartości Zamówienia lub jego zmiany bez podania przyczyny.

- c) Oferta musi spełnić wymogi naboru projektu wraz z załącznikami w oferowanym zakresie opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia <https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozwój-i-modernizacja-infrastruktury-centrow-opieki-wysokospecjalistycznej-i-innych-podmiotow-leczniczych-w-obszarze-kardiologii-osrodkow-zakwalifikowanych-do-ok-i>
- d) Oferta musi być zgodna z wymogami naboru **D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OKI**

Niniejsze Szacowanie Wartości Zamówienia nie zobowiązuje Szacującego do żadnego określonego działania, w tym:

- a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;
- b) Szacujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.