

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 11/Kardio-OKI/SzpitalGłowno/2025

W ramach procedury Szacowania Wartości Zamówienia w związku z zamiarem przystąpienia do naboru projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D 1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I” zapraszamy do składania kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Szacującego

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Głowno, NIP 7331359448

2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa urządzenia / Nazwa Zadania	Parametry urządzenia/urządzeń (minimalne wymagania)	Ilość sztuk
1.	Kariomonitor (monitoring przyłożkowy)	<ul style="list-style-type: none">• Rodzaj urządzenia: kompaktowy monitor pacjenta na mobilnej podstawie jezdnej (z możliwością przemieszczania między stanowiskami)• Ekran: ekran dotykowy pojemnościowy o przekątnej 15 cali, wysoka rozdzielczość (prosimy o podanie dokładnej wartości w ofercie)• Pomiar EKG: obsługa 3-, 5- i 6-odprowadzeń• Pomiar oddechu (respiracja): przez analizę impedancyjną• Pomiar saturacji (SpO₂): z użyciem technologii kompatybilnej z wysoką czułością i dokładnością (czujnik typu cyfrowego)• Pomiar ciśnienia tętniczego nieinwazyjnego (NIBP): z opcją trybu ręcznego i automatycznego pomiaru, profil dla dorosłych• Pomiar temperatury: możliwość podłączenia dwóch kanałów temperatury, pomiar za pomocą sondy skórnej lub esofagealnej• Pomiar arytmii i analiza odcinka ST: dostępna• Pamięć trendów: min. 240 godzin (prosimy o podanie rodzaju – graficzna / tabelaryczna)• Zasilanie: akumulator litowy o pojemności min. 2500 mAh, czas pracy min. 2 godziny bez zasilania zewnętrznego• Podstawa jezdna: stabilna podstawa mobilna z kółkami (co najmniej 2 z blokadą)	8

		<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość eksportu danych: przez port USB / Ethernet (prosimy o potwierdzenie) • Tryby alarmowe: wizualne i dźwiękowe, z możliwością regulacji progów alarmowych 	
2.	Centrala monitorująca	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość monitorowania do 32 stanowisk na pojedynczym ekranie, do 64–128 na konfiguracji z podwójną stacją roboczą • Obsługa do 12 równoczesnych przebiegów falowych per pacjent (EKG, RESP, SpO₂, IBP, EtCO₂ itd.) • Dwukierunkowa komunikacja z monitorami przyłóżkowymi: kontrola parametrów pomiarów, alarmów, konfiguracji z poziomu centrali • System alarmowy odpowiadający klasyfikacji alarmów (wysoki/średni/niski), możliwość drukowania statystyk alarmów i trendów • Baza danych pacjentów: lokalne archiwum wyników >20 000 pacjentów, przechowywanie do 5 000 godzin danych pełnofalowych trendów (waveform) oraz alarmów i trendów • Integracja z systemami szpitalnymi (HL7, PACS, HIS) • Możliwość instalacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej LAN (Wi-Fi) z odpornością na zakłócenia • Kompatybilność z kardiomonitorem z punktem 1 • Możliwość podłączenia minimum 6 urządzeń 	2

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę umożliwiającą określenie wartości jednostkowej, netto, brutto i stawki vat oraz sumy.

3. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

- a) elektronicznej na **sekretariat@szpitalglowno.pl** albo
- b) pocztą tradycyjną, kurierem albo
- c) dostarczyć osobiście na adres:

**Szpital Główno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Główno**

nie później niż do dnia 7.08.2025 r. do godz. 12:00

4. Dodatkowe informacje

- a) Szacujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych elementów,
- b) Szacujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia Szacowania Wartości Zamówienia lub jego zmiany bez podania przyczyny.

- c) Oferta musi spełnić wymogi naboru projektu wraz z załącznikami w oferowanym zakresie opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia <https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozwój-i-modernizacja-infrastruktury-centrow-opieki-wysokospecjalistycznej-i-innych-podmiotow-leczniczych-w-obszarze-kardiologii-osrodkow-zakwalifikowanych-do-ok-i>
- d) Oferta musi być zgodna z wymogami naboru **D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OKI**

Niniejsze Szacowanie Wartości Zamówienia nie zobowiązuje Szacującego do żadnego określonego działania, w tym:

- a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;
- b) Szacujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.