

## SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 15/Kardio-OKI/SzpitalGłowno/2025

W ramach procedury Szacowania Wartości Zamówienia w związku z zamiarem przystąpienia do naboru projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D 1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I” zapraszamy do składania kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

### 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Szacującego

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Głowno, NIP 7331359448

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa urządzenia / Nazwa Zadania	Parametry urządzenia/urządzeń (minimalne wymagania)	Ilość sztuk
1.	Tester Diagnostyczny	<p><b>Urządzenie główne – analizator kardiologiczny POCT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Typ: Przenośny, ręczny analizator typu Point-of-Care (POCT) Zastosowanie: Szybkie oznaczanie biomarkerów kardiologicznych z krwi pełnej</li></ul> <p><b>Parametry techniczne</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oznaczone markery (biomarkery) – zależnie od wersji urządzenia:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Troponina (T lub I)</li><li>○ NT-proBNP</li><li>○ CK-MB</li><li>○ D-dimer</li><li>○ Mioglobina</li></ul></li><li>• Zakresy pomiarowe: zależne od testu, typowo w ng/L, pg/mL lub µg/mL</li><li>• Czas pojedynczego oznaczenia: od 8 do 15 minut</li><li>• Pojemność próbki: ok. 150 µL (pełna krew żylna z heparyną)</li><li>• Zasilanie: akumulatorowe lub sieciowe; często w zestawie ładowarka/stacja</li></ul> <p><b>Wymiary i mobilność</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Waga: poniżej 1 kg</li><li>• Wymiary: ok. 20–50 cm (długość) × 7–25 cm (szerokość) × 5–20 cm (wysokość)</li></ul>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość pracy w warunkach mobilnych (np. SOR, ZRM, POZ, Oddział)</li> </ul> <p><b>Funkcjonalność użytkowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa dotykowa lub przyciskowa (możliwość obsługi w rękawiczkach)</li> <li>• Ekran graficzny z ikonami</li> <li>• Automatyczna kalibracja i diagnostyka urządzenia</li> <li>• Możliwość automatycznego wyłączenia</li> <li>• Czytnik kodów paskowych</li> <li>• Łączność: USB, Wi-Fi, Ethernet lub port podczerwieni</li> </ul> <p><b>Materiały zużywalne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testy paskowe dla każdego rodzaju biomarkera – indywidualne kasyety <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Szacunkowy koszt jednostkowy testu: <b>od 25 do 50 zł netto</b></li> </ul> </li> <li>• Materiały kontrolne (QC): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Paski testowe kontrolne (wysoki/niski poziom)</li> <li>○ Miesięczne kontrole z liofilizowanym materiałem (dodatkowo płatne)</li> </ul> </li> <li>• Akcesoria: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pipety do nakładania próbki</li> <li>○ Pojemniki na odpady biologiczne</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Eksploatacja i kontrola jakości</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regularna kontrola wewnętrzna (przed pierwszym użyciem dziennym)</li> <li>• Kontrola przy każdej nowej partii testów</li> <li>• Procedury bezpieczeństwa biologicznego: utylizacja pasków, rękawic, próbek</li> <li>• Zapewnienie 200 testów na start każdego z markerów: troponina, NT-proBNP, D-Dimer, Mioglobina, CK-MB</li> </ul>	
--	--	---	--

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę umożliwiającą określenie wartości jednostkowej, netto, brutto i stawki vat oraz sumy.

### 3. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

- a) elektronicznej na [sekretariat@szpitalglowno.pl](mailto:sekretariat@szpitalglowno.pl) albo
- b) pocztą tradycyjną, kurierem albo
- c) dostarczyć osobiście na adres:

**Szpital Główno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Główno**

**nie później niż do dnia 7.08.2025 r. do godz. 12:00**

#### 4. Dodatkowe informacje

- a) Szacujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych elementów,
- b) Szacujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia Szacowania Wartości Zamówienia lub jego zmiany bez podania przyczyny.
- c) Oferta musi spełnić wymogi naboru projektu wraz z załącznikami w oferowanym zakresie opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia <https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozwój-i-modernizacja-infrastruktury-centrow-opieki-wysokospecjalistycznej-i-innych-podmiotow-leczniczych-w-obszarze-kardiologii-osrodkow-zakwalifikowanych-do-ok-i>
- d) Oferta musi być zgodna z wymogami naboru **D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I****

Niniejsze Szacowanie Wartości Zamówienia nie zobowiązuje Szacującego do żadnego określonego działania, w tym:

- a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;
- b) Szacujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.