

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 20/Kardio-OKI/SzpitalGłowno/2025

W ramach procedury Szacowania Wartości Zamówienia w związku z zamiarem przystąpienia do naboru projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D 1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I” zapraszamy do składania kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Szacującego

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Głowno, NIP 7331359448

2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa urządzenia / Nazwa Zadania	Parametry urządzenia/urządzeń (minimalne wymagania)	Ilość sztuk
1.	Respirator	<p>Przedmiot zamówienia: respirator turbinowy przenośny do zastosowań w oddziale szpitalnych, dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych</p> <p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none">• Turbinowy respirator transportowo-ICU, przenośny z opcją pracy na akumulatorze• Zakres objętości oddechowych: 20–2200 ml (adult/pediatr)• Częstotliwość: 1–100 bpm• Tryby: V-A/C, P-A/C, SIMV (obj./ciśn.), CPAP/PSV, DuoVent, APRV, PRVC, etc.• PEEP do 50 cm H₂O, trigger przepływowy i ciśnieniowy• Monitorowanie parametrów: objętości, ciśnienie, compliance, opory, FiO₂, RSBI, P0.1 <p>Dokładność pomiarów:</p> <ul style="list-style-type: none">• FiO₂: ±(3 vol.% + 1 % ustawienia)• TV: ±(10 ml + 10 % wartości ustawionej)• RR: ±1 bpm, Tslope: ±(0,2 s + 20 %), Phigh/Plow: ±(2 cm H₂O + 5 %)• Ekran dotykowy min. 12 " TFT, czytelny interfejs• Praca z sieci 230 VAC i z akumulatora (min. 2 h pracy przy jednej baterii)	2

		<ul style="list-style-type: none"> • Waga max 10 kg (bez wózka), • Poziom hałasu ≤ 40 dB • Zasilanie: 230 VAC, oczywiście z zabezpieczeniami • Gwarancja min. 12 miesięcy, serwis lokalny preferowany 	
2.	Podstawa Jezdna do respiratora	<ul style="list-style-type: none"> • Podstawa jezdna kompatybilna do respiratora z punktu 1 • Podstawa jezdna z rączką oraz szybkim złączem do montażu • Uchwyt na przewód pacjenta 	2

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę umożliwiającą określenie wartości jednostkowej, netto, brutto i stawki vat oraz sumy.

3. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

- a) elektronicznej na **sekretariat@szpitalglowno.pl** albo
- b) pocztą tradycyjną, kurierem albo
- c) dostarczyć osobiście na adres:

**Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Głowno**

nie później niż do dnia 7.08.2025 r. do godz. 12:00

4. Dodatkowe informacje

- a) Szacujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych elementów,
- b) Szacujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia Szacowania Wartości Zamówienia lub jego zmiany bez podania przyczyny.
- c) Oferta musi spełnić wymogi naboru projektu wraz z załącznikami w oferowanym zakresie opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia <https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozwoj-i-modernizacja-infrastruktury-centrow-opieki-wysokospecjalistycznej-i-innych-podmiotow-leczniczych-w-obszarze-kardiologii-osrodkow-zakwalifikowanych-do-ok-i>
- d) Oferta musi być zgodna z wymogami naboru **D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I**

Niniejsze Szacowanie Wartości Zamówienia nie zobowiązuje Szacującego do żadnego określonego działania, w tym:

- a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;
- b) Szacujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.