

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 4/Kardio-OKI/SzpitalGłowno/2025

W ramach procedury Szacowania Wartości Zamówienia w związku z zamiarem przystąpienia do naboru projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D 1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I” zapraszamy do składania kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Szacującego

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Głowno, NIP 7331359448

2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa urządzenia / Nazwa Zadania	Parametry urządzenia/urządzeń (minimalne wymagania)	Ilość sztuk
1.	Echokardiograf	<ul style="list-style-type: none">• Wysokiej klasy Aparat USG 2D/3D/4D• Sonda przezklatkowa, przezprzełykowa• Najnowsze oprogramowanie dostępne na rynku <p>Technologie obrazowania:</p> <ul style="list-style-type: none">• Przetwarzanie danych z przetwornika• w formie cyfrowej z możliwością pełnego przetwarzania obrazu w oprogramowaniu (bez utraty danych wejściowych)• Wieloogniskowe obrazowanie 2D bez artefaktów i z zachowaniem pełnej częstości odświeżania• Adaptacyjne zwiększanie kontrastu poprzez analizę i porównywanie sygnałów z różnych momentów czasowych• Zapis surowych danych (raw data) z możliwością postprocessingu i analizy offline• Obrazowanie objętościowe 4D w czasie rzeczywistym z redukcją szumów• Przestrzenna wizualizacja z wirtualnym oświetleniem (symulacja głębi, kierunku światła)• Obsługa badań przezklatkowych i przezprzełykowych 4D (TTE i TEE) <p>Tryby pracy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Obrazowanie: 2D, 4D, Color Doppler, Power Doppler, angio flow	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Doppler: CW, PW, M-mode, anatomiczny M-mode, Doppler tkanek (TVI, TDI) • Tryby: duplex, triplex (B+Color+Doppler) • Obrazowanie panoramiczne i rozszerzone pole widzenia • Obrazowanie objętościowe: jedno- i wielocykliczne, biplane, triplane, 5/7/9/12-slice • Zaawansowane narzędzia 4D do cięcia, obrotu, rekonstrukcji i automatycznych pomiarów • Zautomatyzowane protokoły badań (np. stress echo, CRT, pediatryczne) <p>Analiza i funkcje pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna analiza kurczliwości lewej komory (2D EF) • Funkcja wyznaczania masy lewej komory, RV volume, mitral valve assessment • Automatyczne śledzenie tkanek (strain, strain rate, speckle tracking) • Pomiar grubości kompleksu intima-media (IMT) • Pomiar Z-score dla zastosowań pediatrycznych • Pełna analiza dopplerowska z opcją automatyzacji • Funkcje naczyniowe: BTI/BFI/filtracja zakłóceń tła • Eksport do formatów DICOM i integracja z systemami PACS/RIS/HIS <p>Konsola i ergonomia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. 3 gniazda sond obrazowych, 1 gniazdo dopplera ciągłego (CWD), wejście EKG • Monitor klasy medycznej, min. 22-24" w rozdzielczości HD lub wyższej, z regulacją położenia • Panel dotykowy min. 12" do obsługi aparatu • Elektryczna regulacja wysokości pulpitu roboczego z funkcją blokady pozycji • Intuicyjne sterowanie i interfejs użytkownika z bazą danych pacjentów <p>Wymagane sondy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x sonda przezklatkowa matrycowa do badań kardiologicznych dorosłych • 1 x sonda przezprzełykowa 3D/4D do obrazowania struktur serca w czasie rzeczywistym 	
--	--	--	--

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę umożliwiającą określenie wartości jednostkowej, netto, brutto i stawki vat oraz sumy.

3. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

- a) elektronicznej na sekretariat@szpitalglowno.pl albo
- b) pocztą tradycyjną, kurierem albo
- c) dostarczyć osobiście na adres:

**Szpital Główno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Główno**

nie później niż do dnia 7.08.2025 r. do godz. 12:00

4. Dodatkowe informacje

- a) Szacujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych elementów,
- b) Szacujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia Szacowania Wartości Zamówienia lub jego zmiany bez podania przyczyny.
- c) Oferta musi spełnić wymogi naboru projektu wraz z załącznikami w oferowanym zakresie opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia <https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozwój-i-modernizacja-infrastruktury-centrow-opieki-wysokospecjalistycznej-i-innych-podmiotow-leczniczych-w-obszarze-kardiologii-osrodkow-zakwalifikowanych-do-ok-i>
- d) Oferta musi być zgodna z wymogami naboru **D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OKI**

Niniejsze Szacowanie Wartości Zamówienia nie zobowiązuje Szacującego do żadnego określonego działania, w tym:

- a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;
- b) Szacujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.