

## SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 6/Kardio-OKI/SzpitalGłowno/2025

W ramach procedury Szacowania Wartości Zamówienia w związku z zamiarem przystąpienia do naboru projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D 1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I” zapraszamy do składania kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

### 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Szacującego

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Głowno, NIP 7331359448

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa urządzenia / Nazwa Zadania	Parametry urządzenia/urządzeń (minimalne wymagania)	Ilość sztuk
1.	Defibrylator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor-defibrylator w wersji standardowej z funkcją pomiaru SpO<sub>2</sub> (tlenomierz pulsoksymetryczny),</li><li>• Torba transportowa – podstawowa wersja z minimum dwoma kieszeniami bocznymi,</li><li>• Pasek naramienny umożliwiający wygodne kilkugodzinne przenoszenie urządzenia,</li><li>• Tester defibrylatora – do okresowych (np. kwartalnych) testów poprawności działania urządzenia.</li><li>• Technologia defibrylacji: dwufazowa fala biphasic, możliwość ładowania do energii maksymalnej 360 J, typowy czas ładowania do pełnej energii: poniżej 10 s</li><li>• Tryby pracy:<ul style="list-style-type: none"><li>- tryb ręczny (manualny) – defibrylacja i synchronizowana kardiowersja,</li><li>- tryb AED – z automatyczną analizą rytmu i poradą ACLS,</li><li>- tryb stymulacji nieinwazyjnej (pacing),</li></ul></li><li>• monitorowanie parametrów życiowych oraz EKG</li><li>• Metronom RKO – wsparcie rytmu ucisków klatki piersiowej, bez zbędnych komunikatów głosowych</li><li>• Analiza EKG 12-odprowadzeniowego – z zaawansowanym algorytmem analitycznym (uniwersytet Glasgow) umożliwiającym wykrycie zmian ST, wytycznych STEMI,</li></ul>	1

		<p>zależnych od wieku i płci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorowanie funkcji życiowych:</li> <li>• SpO<sub>2</sub> z technologią Rainbow SET (umożliwiająca monitorowanie methemoglobiny i tlenku węgla),</li> <li>• nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP),</li> <li>• opcjonalnie monitoring EtCO<sub>2</sub> (wilgotność CO<sub>2</sub>) oraz temp. ciała</li> <li>• Ekran kolorowy min. 8,4" z możliwością przełączenia do trybu wysokiego kontrastu dla lepszej czytelności w jasnych warunkach (np. słoneczne światło)</li> <li>• Samo-testy i archiwizacja: urządzenie automatycznie wykonuje testy przy włączeniu i raz dziennie; wyniki można drukować i transmitować do systemów zewnętrznych</li> <li>• Waga urządzenia z akumulatorami i papierem: max 9 kg</li> <li>• Pojemność pamięci: min. 360 minut danych EKG wraz z danymi SpO<sub>2</sub> czy NIBP</li> <li>• Interfejsy komunikacyjne: port RS-232 / USB do transmisji danych, opcjonalnie Bluetooth (jeśli dostępny)</li> <li>• Zgodność ze standardami medycznymi: urządzenie zgodne z normami medycznymi (np. IEC 60601-1), posiada certyfikat CE.</li> </ul>	
--	--	---	--

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę umożliwiającą określenie wartości jednostkowej, netto, brutto i stawki vat oraz sumy.

### 3. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

- a) elektronicznej na **sekretariat@szpitalglowno.pl** albo
- b) pocztą tradycyjną, kurierem albo
- c) dostarczyć osobiście na adres:

**Szpital Główno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Główno**

**nie później niż do dnia 7.08.2025 r. do godz. 12:00**

### 4. Dodatkowe informacje

- a) Szacujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych elementów,
- b) Szacujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia Szacowania Wartości Zamówienia lub jego zmiany bez podania przyczyny.
- c) Oferta musi spełnić wymogi naboru projektu wraz z załącznikami w oferowanym zakresie opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia <https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozwoj-i-modernizacja-infrastruktury-centrow->

[opieki-wysokospecjalistycznej-i-innych-podmiotow-leczniczych-w-obszarze-kardiologii-osrodkow-zakwalifikowanych-do-ok-i](#)

- d) Oferta musi być zgodna z wymogami naboru **D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I****

Niniejsze Szacowanie Wartości Zamówienia nie zobowiązuje Szacującego do żadnego określonego działania, w tym:

- a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;
- b) Szacujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.