

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 7/Kardio-OKI/SzpitalGłowno/2025

W ramach procedury Szacowania Wartości Zamówienia w związku z zamiarem przystąpienia do naboru projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D 1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I” zapraszamy do składania kalkulacji cen ofertowych na przedmiot zamówienia opisany w pkt 2.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Szacującego

Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Głowno, NIP 7331359448

2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa urządzenia / Nazwa Zadania	Parametry urządzenia/urządzeń (minimalne wymagania)	Ilość sztuk
1.	Łóżko kardiologiczne, specjalistyczne	Wysokość: <ul style="list-style-type: none">Regulowany zakres wysokości platformy pacjenta: od min. 29,2 cm do max. 76,2 cm nad powierzchnią podłogi Wymiary: <ul style="list-style-type: none">Długość bez elementu wydłużającego min: 225 cm, z wydłużeniem: 250 cmSzerokość z poręczami bocznymi uniesionymi: min. 100 cm, bez poręczy: ok. 95 cm Regulacja leża: <ul style="list-style-type: none">Oparcie pleców: 0° do 65° ±5°Oparcie pod kolana (gatch): 0° do 30° ±5°Trendelenburg / anty-Trendelenburg: od +12° do -10° ±5° Powierzchnia leża: <ul style="list-style-type: none">Standardowy rozmiar min: 200 × 85 cm, z opcjonalnym wydłużeniem do min. 240 × 88 cm Nośność: <ul style="list-style-type: none">Bezpieczne obciążenie robocze co najmniej 249,5 kgMaksymalna masa ciała pacjenta: min. 226,8 kg Kółka: <ul style="list-style-type: none">Średnica min. 15 cm, zapewniające stabilność	4

		<p>i mobilność urządzenia</p> <p>Funkcje bezpieczeństwa i komunikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trzy poziomowe poręcze boczne • System alarmów antyupadkowych (np. alarm strefowy w 3 obszarach łóżka) • Integracja z systemem przywoławczym (interfejs nurse call) oraz opcja bezprzewodowej komunikacji • Dotykowy ekran centralny (min. 4 cale) lub panel operacyjny umożliwiający szybkie powiadamianie personelu • Funkcja wsparcia pacjenta przy wstawianiu <p>Hamulce i napęd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektryczne hamulce centralne sterowane z poręczy lub panelu • Opcjonalny napęd elektryczny ułatwiający przesuwanie łóżka przez personel medyczny <p>Zasilanie i interfejsy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, • Wyjście USB do ładowania urządzeń • Punkty zasilania pomocnicze (auxiliary outlets) • Interfejs dla systemu przywoławczego (nurse call), port pendant, opcjonalne gniazdo komunikacji z systemami szpitalnymi (LAN/Bluetooth) • Materac p/c odleżynowy w komplecie 	
--	--	--	--

Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę umożliwiającą określenie wartości jednostkowej, netto, brutto i stawki vat oraz sumy.

3. Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie:

- a) elektronicznej na sekretariat@szpitalglowno.pl albo
- b) pocztą tradycyjną, kurierem albo
- c) dostarczyć osobiście na adres:

**Szpital Głowno Grupa Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wojska Polskiego nr 32 lok. 34, 95-015 Głowno**

nie później niż do dnia 7.08.2025 r. do godz. 12:00

4. Dodatkowe informacje

- a) Szacujący zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z podmiotami, które złożyły ofertę w celu uzyskania szczegółowych informacji o złożonej ofercie oraz prawo żądania przedłożenia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej cenę i specyfikację oferowanych elementów,
- b) Szacujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia Szacowania Wartości Zamówienia lub jego zmiany bez podania przyczyny.

- c) Oferta musi spełnić wymogi naboru projektu wraz z załącznikami w oferowanym zakresie opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia <https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozwój-i-modernizacja-infrastruktury-centrow-opieki-wysokospecjalistycznej-i-innych-podmiotow-leczniczych-w-obszarze-kardiologii-osrodkow-zakwalifikowanych-do-ok-i>
- d) Oferta musi być zgodna z wymogami naboru **D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OKI**

Niniejsze Szacowanie Wartości Zamówienia nie zobowiązuje Szacującego do żadnego określonego działania, w tym:

- a) do akceptacji oferty oraz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty;
- b) Szacujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.